

**COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 014/2023**  
**EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR – CARDIOTOCÓGRAFO PARA MONITORAÇÃO DE FETOS**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 032/2022**

A Associação Piauiense de Habilitação, Reabilitação e Readaptação - Associação Reabilitar, qualificada como Organização Social, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de caráter assistencial de atenção à saúde, **personalidade de direito privado**, inscrita no CNPJ Nº 07.995.466/0004-66 – Filial, localizada na Avenida Presidente Kennedy, Nº 1160, bairro Morada do Sol, Cep 64.056-375, Teresina/PI.

**DO OBJETO**

O objeto da presente Cotação Prévia de Preços é a aquisição de **EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR – CARDIOTOCÓGRAFO PARA MONITORAÇÃO DE FETOS**, para atender a necessidade de estruturação da Nova Maternidade Dona Evangelina Rosa do Estado do Piauí, conforme especificações, quantidades e exigências a seguir:

**DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS**

Cada interessado deverá enviar uma única proposta digitalizada em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo data, nome ou razão social da Empresa, endereço completo, telefone, endereço eletrônico, identificação destacada do número desta Cotação Prévia de Preços a que se refere. Deve estar assinada na última folha, e rubricada nas demais, pelo representante legal da empresa. Documentos acima citados devem ser enviados em formato PDF.

**DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

O objeto da presente Cotação Prévia de Preços é a aquisição do **EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR – CARDIOTOCÓGRAFO PARA MONITORAÇÃO DE FETOS**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas a seguir:

**EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR – CARDIOTOCÓGRAFO PARA MONITORAÇÃO DE FETOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	<b>CARDIOTOCÓGRAFO</b> - Equipamento compacto, portátil e leve para monitorização externa de frequência cardíaca fetal, movimento fetal e contração uterina materna, bem como permitir a marcação de eventos ocorridos na paciente; Possuir impressora integrada; Possuir display digital com indicando os seguintes parâmetros: atividade uterina, frequência cardíaca fetal; Monitoramento trigemelar não invasivo e simultâneo de sinal cruzado de frequência entre a mãe e fetos e entre fetos; Alarmes para limite máximo e mínimo dos batimentos cardíacos fetais; Possuir bateria interna com autonomia mínima de 90 minutos, garantindo monitorização completa; Alimentação elétrica: bivolt automático de 110/220 VAC, 60Hz; Permitir faixa de medição da frequência cardíaca fetal de 50 a 210bpm (batimentos por minuto); Possuir controle de volume do	12







ASSOCIAÇÃO  
**REABILITAR**

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO**

sinal de frequência cardíaca; Apresentar transdutor tipo TOCO para medição da atividade uterina e a possibilidade de ajuste de atividade zero; Apresentar transdutor de ultrassom que utilize o princípio de Doppler pulsátil para a medição da movimentação do batimento cardíaco fetal; Faixa de medição mínima de atividade uterina de 0 – 99 UR (unidade de referência); Peso aproximado do equipamento 6Kg; Possuir monitoramento gemelar; Teclas funcionais com opção de diversos atalhos de forma a facilitar funções para uso clínico de forma a integrar informações do paciente no sentido de ajudar ao operador, de forma amplificada o fluxo de trabalho; Modo de exibição numérico e em formato de ondas; Fluxo de trabalho simples com botões de silicone para operações; Ajustes: alarmes, hora, data, volume do áudio, velocidade de impressão. Softwares com características de espelhamento de disco (duplicidade de armazenamento, em disco ou nuvem) para garantir a segurança dos dados armazenados de forma a gerenciar dados; Saída para transdutores de ultrassom e TOCO; Comunicação LAN e/ou RS232; Ter dispositivo USB para armazenamento de dados; Armazenar os últimos 50 resultados; Disponibilizar capacidade de armazenamento de até 8 GB; 60 horas acumuladas para monitoramento contínuo; MFM-CNS rede para monitoramento remoto. Possuir impressão térmica capaz de registrar, no mínimo, os seguintes dados: frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal, data e hora; Permitir ajuste de velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min; Impressora térmica embutida no equipamento com impressão dos traços contínuos em papel termo sensível (escala de 50 – 210); Impressão rápida aproximada de 15 mm/segundo. 01 (um) transdutor ultrassônico (sonda Doppler); 01 (um) transdutor Toco (sonda UC); 01 (um) Marcador de Evento; 01 (um) Estimulador sonoro tipo buzina; 01 (um) gel de ultrassom; papel de impressora suficiente para realização de 1000 exames; 06 (seis) cintas para fixação dos transdutores; Carro para cardiocógrafa com: bandeja superior em aço SAE1010; bandeja intermediária em aço SAE1010; estrutura em tubos de aço retangular com acabamento dos tubos em plástico; 4 rodízios giratórios de aproximadamente Ø 75mm sendo dois com travas; dimensões aproximadas (AxLxP) (80x35x55)cm. Garantia mínima de 12 meses; Registro na ANVISA e demais certificações inerentes a esse tipo de equipamento; Manual de operação em Português; Apresentar Certificado de Conformidade com a Norma NBR IEC 60601-1, ou Certificados Internacionais equivalentes. **EQUIPAMENTO PARA USO HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.**

### **DO PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS**

O prazo de entrega dos itens não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de emissão da Autorização de Fornecimento, após assinatura do Contrato.



Qualificada como Organização Social – Decreto Estadual nº 12.286/2006  
Qualificada como Organização Social – Lei Municipal nº 4.614/2014  
Entidade de Utilidade Pública e Interesse Social – Lei Estadual nº 5.851/2009  
Entidade de Utilidade Pública e Interesse Social – Lei Municipal nº 3.777/2008

Av. Higino Cunha, nº 1515, Bairro Ilhotas  
CEP: 64.014-220 | Teresina-PI  
Fones: (86) 3198-1500/ (86) 3232-0353  
CNPJ: 07.995.466/0001-13



**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO**

Os equipamentos/ materiais deverão ser entregues de segunda a sexta feira, somente em dias úteis, no horário das 08h30min às 11h00min e das 13h30min às 17h00min, na Nova Maternidade Dona Evangelina Rosa, localizada à Avenida Presidente Kenedy, Nº 1160, bairro Morada do Sol, Teresina/PI, CEP 64.056-375.

**DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado em parcela única, até o 30º (trigésimo) dia após recebimento do **EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR – CARDIOTOCÓGRAFO PARA MONITORAÇÃO DE FETOS**, montagem, instalação e treinamento da equipe (se necessário), bem como da atesto da Nota Fiscal por Técnico habilitado ou Engenheiro Clínico.

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

Nos preços propostos serão considerados todos os encargos previdenciários, fiscais, comerciais, trabalhistas, tributários, material, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil, despesas de instalação e do completo funcionamento e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre os materiais/ equipamentos, objeto desta licitação.

**A proposta deverá ter o prazo de validade mínima de 60 dias.**

O CNPJ para faturamento: Associação Piauiense de Habilitação, Reabilitação e Readaptação - Associação Reabilitar, CNPJ Nº 07.995.466/0004-66 – Filial, localizada na Avenida Presidente Kennedy, Nº 1160, bairro Morada do Sol, Cep 64.056-375, Teresina/PI.

**DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CADASTRO:**

Cartão CNPJ da empresa; cópia do contrato social da empresa e/ ou ata da constituição da empresa; certidões negativas de débitos – municipal, estadual e federal (certificado do FGTS, certidão trabalhista e a certidão da receita federal); cópia do comprovante de endereço da empresa; cópia do RG e CPF do representante da empresa; cópia do comprovante de endereço do representante da empresa; alvará de funcionamento atualizado; dados bancários da empresa; telefones para contato; e-mail do representante legal da empresa (contrato será enviado via plataforma docusign); nome e e-mail da testemunha da empresa (contrato será enviado via plataforma docusign).