

**COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 046/2023
EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA RÍGIDA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 032/2022**

A Associação Piauiense de Habilitação, Reabilitação e Readaptação - Associação Reabilitar, qualificada como Organização Social, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de caráter assistencial de atenção à saúde, **personalidade de direito privado**, inscrita no CNPJ Nº 07.995.466/0004-66 – Filial, localizada na Avenida Presidente Kennedy, Nº 1160, bairro Morada do Sol, Cep 64.056-375, Teresina/PI.

DO OBJETO

O objeto da presente Cotação Prévia de Preços é a aquisição de **EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA RÍGIDA**, para atender a necessidade de estruturação da Nova Maternidade Dona Evangelina Rosa do Estado do Piauí, conforme especificações, quantidades e exigências a seguir:

DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

Cada interessado deverá enviar uma única proposta digitalizada em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo data, nome ou razão social da Empresa, endereço completo, telefone, endereço eletrônico, identificação destacada do número desta Cotação Prévia de Preços a que se refere. Deve estar assinada na última folha, e rubricada nas demais, pelo representante legal da empresa. Documentos acima citados devem ser enviados em formato PDF.

DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

O objeto da presente Cotação Prévia de Preços é a aquisição dos **EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA RÍGIDA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas a seguir:

EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR – SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA RÍGIDA

ITEM	DESCRIÇÃO:	QUANT.
01	<u>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:</u> SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA RÍGIDA: Monitor Grau Médico de alta definição Ultra HD 4K , com tecnologia LCD/LED, mínimo 32”; resolução mínima de 3840 x 2160 pixels; ângulo de visão mínima de 178° nas direções horizontal e vertical; com sistema de cor NTSC/PALM; contraste mínimo 1000:1; deve acompanhar todos os acessórios e cabos necessários para o perfeito funcionamento do equipamento, com os seguintes acessórios: cabo de alimentação, adaptador CA/CC quando aplicável, cabo de vídeo, cabo HDMI, cabo DVI; alimentação 220VAC, 60Hz ou bivolt automático 100-240V, 50/60Hz; Microcâmera e console para câmera: Microcâmera digital	01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

de alta definição Ultra HD 4K, com console para uso em videocirurgia; composta por processadora (console) e cabeça de câmera, com tela sensível ao toque e com resolução 4K, de 3840 x 2160 pixels; permitir o controle do zoom pelo cabeçote da câmera; Com sistema de realce de contraste das imagens e espectro de cor para vascularizações; Com conexão compatível com óticas de diferentes fabricantes; função para ajuste de cor branca (White Balance) e conexões de saída de vídeo compatível com resolução 4K; Com zoom parfocal e acoplador de ótica universal C-Mount que permite a utilização de óticas de vários fabricantes; peso máximo da câmera: 1kg (+/- 20%); **01 (um) Gravador de Grau Médico:** Permitir a gravação das imagens, em resolução 4K, através de USB ou através de gravador de grau médico; bivolt automático ou 220V - 60Hz; **Fonte de luz:** Fonte de luz fria de LED; vida útil mínima dos LEDs de 50.000h; temperatura de cor mínima 5.800K; permitir ajuste de iluminação; bivolt automático ou 220V - 60Hz; acompanha 02 (dois) cabos de fibra óptica autoclaváveis de no mínimo 2,5 metros de comprimento, compatíveis com a ótica e câmera; **Insuflador:** Insuflador eletrônico microprocessado de CO₂, com fluxo de no mínimo de 0 a 40 litros/min ajustável; pressão de insuflação mínima de 0 a 50 mmHg; com sistema de aquecimento de gás; deve vir acompanhado de 1 (uma) mangueira autoclavável de no mínimo 2,5m com filtro acoplável ao insuflador para insuflação de CO₂; 1 (uma) mangueira autoclavável de no mínimo 2,5m com sistema de aquecimento; 1 (uma) mangueira de alta pressão de no mínimo 1,5 metros que faz a conexão do insuflador para o cilindro de CO₂; tubo flexível de insuflação de no mínimo 2,5m e chave de boca para acoplamento da mangueira de alta pressão; bivolt automático ou 220V - 60Hz e demais acessórios para perfeito funcionamento do insuflador; **Armário (gabinete):** Deve acomodar monitor de, no mínimo, 32"; ter estrutura que suporte, no mínimo, 50kg; montagem que facilite o transporte, montado sobre 4 (quatro) rodízios com rotação de 360°; deve possuir 4 (quatro) prateleiras ajustáveis para acomodação dos equipamentos ou 3 (três) prateleiras ajustáveis com suporte em braço articulado para monitor de no mínimo 32"; construído em aço; Compacto para atender às necessidades de ambiente cirúrgico.

Deve acompanhar: CONJUNTO BÁSICO PARA SERVIÇO DE OBSTETRÍCIA E CIRURGIA GERAL VÍDEOLAPAROSCOPIA ADULTO, COMPOSTO DOS SEGUINTE INSTRUMENTAIS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS E MEDIDAS APROXIMADAS: 02 (duas) Tesouras metzenbaum curva, serrilhada para instrumentais de 5mm de diâmetro. 02 (duas) Pinças de

apreensão atraumática, para instrumentais de 5mm de diâmetro, curva fenestrada. **02 (duas) Pinças de apreensão manipulação de alça**, para instrumentais de 5mm de diâmetro. **02 (duas) Pinças de apreensão 2 x 4 dentes**, para instrumentais de 5mm de diâmetro. **02 (duas) Pinças de apreensão especial para vesícula fenestrada**, para instrumentais de 5mm de diâmetro. **02 (duas) Contra portas agulhas**, para instrumentais de 5mm de diâmetro. **02 (duas) Óticas 30° para ginecologia**, diâmetro 10.0 mm/ comprimento 425 mm/ 30°/ para especialidade: ginecologia. **02 (dois) Cabos de fibra óptica**, cabo de fibra óptica 3 m revestimento em silicone. **02 (duas) Pinças de manipulação uterina**. **02 (dois) manipuladores uterinos**. **02 (duas) Pinças de apreensão bipolar**, para instrumentais de 5mm de diâmetro. **04 (quatro) Extratores de apêndice e redutor, 0.10 mm para 0.50 mm**. **10 (dez) Vedantes externo, 10.0mm**. **10 (dez) Vedantes externo, 15.0mm**. **02 (dois) Trocater com ponta piramidal, 5 x 17**. **02 (dois) Trocater com ponta piramidal, 10 x 17**. **05 (cinco) Bainha janela rosqueável com válvula torneira, 0.5mm x 17 cm**. **05 (cinco) Bainha janela rosqueável com válvula torneira, 10,0mm x 17 cm**. **02 (dois) Aplicador de Clips 10mm x 36cm, acompanhado de 02 (dois) cartuchos com 06 clips; 02 (dois) Adaptadores para Mangueira; 02 (duas) Pinças de dissecação maryland**, para instrumentais de 5mm. **02 (duas) Pinças simples ação fenestrada**, para instrumentais de 5mm. **02 (duas) Pinças dentada em garra, 2 x 3 dentes** para instrumentais de 10mm. **02 (duas) Pinças babcock**, para instrumentais de 5mm. **02 (dois) Eletrodo Hook 5mm laparoscópio alça tipo hook com 02 (dois) cabos para Bisturi elétrico, 01 (uma) Porta Agulha 5mm destro**. **03 (três) Bandejas para esterilização em alumínio**, perfurada (60 cm de comprimento/40 cm de largura/ 15 cm de altura). **02 (dois) Estojos para esterilização de óticas**. É de responsabilidade da contratada - Instalação, treinamento e manutenção, durante o período da garantia. Garantia mínima de 12 (doze) meses. **Apresentar Registro de produto ou Isenção**, em plena validade, expedido pela **Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde**. Fornecer catálogos e manuais em português. **EQUIPAMENTO PARA USO HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.**

DO PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS

O prazo de entrega dos itens não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de emissão da Autorização de Fornecimento, após assinatura do Contrato.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

Os equipamentos/ materiais deverão ser entregues de segunda a sexta feira, somente em dias úteis, no horário das 08h30min às 11h00min e das 13h30min às 17h00min, na Nova Maternidade Dona Evangelina Rosa, localizada à Avenida Presidente Kenedy, Nº 1160, bairro Morada do Sol, Teresina/PI, CEP 64.056-375.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em parcela única, até o 30º (trigésimo) dia após recebimento do **EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA RÍGIDA**, montagem, instalação e treinamento da equipe (se necessário), bem como do atesto da Nota Fiscal por Técnico habilitado ou Engenheiro Clínico.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Nos preços propostos serão considerados todos os encargos previdenciários, fiscais, comerciais, trabalhistas, tributários, material, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil, despesas de instalação e do completo funcionamento e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre os materiais/ equipamentos, objeto desta licitação.

A proposta deverá ter o prazo de validade mínima de 60 dias.

O CNPJ para faturamento: Associação Piauiense de Habilitação, Reabilitação e Readaptação - Associação Reabilitar, CNPJ Nº 07.995.466/0004-66 – Filial, localizada na Avenida Presidente Kennedy, Nº 1160, bairro Morada do Sol, Cep 64.056-375, Teresina/PI.

DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CADASTRO:

Cartão CNPJ da empresa; cópia do contrato social da empresa e/ ou ata da constituição da empresa; certidões negativas de débitos – municipal, estadual e federal (certificado do FGTS, certidão trabalhista e a certidão da receita federal); cópia do comprovante de endereço da empresa; cópia do RG e CPF do representante da empresa; cópia do comprovante de endereço do representante da empresa; alvará de funcionamento atualizado; dados bancários da empresa; telefones para contato; e-mail do representante legal da empresa (contrato será enviado via plataforma docusign); nome e e-mail da testemunha da empresa (contrato será enviado via plataforma docusign).